

Протокол *14*
об итогах тендера по закупке медицинских изделий на 2020 год

309кабинет
г. Нур-Султан, пр. Р.Кошкарбаева, 64

14-30 часов 13 февраля 2020 года

1. Тендерная комиссия в составе:

- 1) **Председатель тендерной комиссии:**
Калимкулов А.М. – заместителя главного врача по ЛПР;
- 2) **Заместитель председателя тендерной комиссии:**
Мамаева Р.Т. – заместитель главного врача по ФЭВ;
- 3) **Члены тендерной комиссии:**
Бакижанова Д.Д. – руководитель юридического отдела;
Жантурин Н.Б. – начальник отдела государственных закупок;
Горчикова Л.И. – заведующая аптекой;
- 4) **Секретарь комиссии:**
Салькова Г.К. – менеджер отдела государственных закупок.

04 февраля 2020 года 14 часов 00 минут по адресу: г. Нур-Султан, пр. Р.Кошкарбаева, 64 провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере по закупке медицинских изделий для Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная городская детская больница №2» акимата города Нур-Султан на 2020 год.

2. Запросов от потенциальных поставщиков, предоставивших тендерную заявку, по разъяснению положений Тендерной документации не поступало.

3. В тендерную документацию изменения и дополнения – не вносились.

4. Заявки на участие в тендере в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время предоставления заявок
1	ТОО «FAM.ALLIANCE»	г. Алматы, мкр. Коккайнар, Жангельдин пер. 14	31.01.2020г. 14:35 ч
2	ТОО «СпецДеталь Астана»	г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д. 58Б, кв. 40	31.01.2020г. 16:30 ч
3	ТОО «Dives Group»	г. Нур-Султан, ул. 38, д. 29, н.п. 2	04.02.2020г. 16:05 ч

5. В соответствии с приказом директора Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная городская детская больница №2» акимата города Нур-Султан №11-Ө от 14.01.2020г. для рассмотрения технических спецификаций, представленных заявок и для экспертного заключения привлечены эксперты.

6. Наименование и краткое описание товаров, сумма заказа:

№ лота	Наименование	Характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., тенге	Сумма, тенге
1	Бинт гипсовый размер 10*300см	размер 10*300см. Осыпаемость гипсовой композиции не более 10%, время смачивания не более 5с, время высыхания не более 5 мин.	шт	6 300	210	1 323 000
2	Бинт гипсовый размер 15*300см	размер 15*300см Осыпаемость гипсовой композиции не более 10%, время смачивания не более 5с, время высыхания не более 5 мин.	шт	25 000	290	7 250 000
3	Бинт гипсовый размер 20*300см	размер 20*300см Осыпаемость гипсовой композиции не более 10%, время смачивания не более 5с, время высыхания не более 5 мин.	шт	9 740	360	3 506 400
	Итого					12 079 400

7. Информация о соответствии потенциальных поставщиков технической спецификации, заявленным в тендерной документации (комиссия, эксперты).

№	Наименование потенциального поставщика	Соответствие требованиям технической спецификации
1	ТОО «СпецДеталь Астана»	Соответствует по лоту 1, 2, 3
2	ТОО «Dives Group»	Соответствует по лоту 1, 2, 3

Цены тендерных заявок отражены в приложении №1 к настоящему протоколу.

8. Следующие потенциальные поставщики, допущенные на участие в тендере соответствует требованиям тендерной документации и квалификационным требованиям, указанным в главе 3 Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной

А. М. Калимкулов

медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила):

№	Наименование потенциального поставщика	Соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
1	ТОО «СпецДеталь Астана»	Соответствует по лоту 1, 2, 3
2	ТОО «Dives Group»	Соответствует по лоту 1, 2, 3

9. Следующие тендерные заявки были отклонены по причине:

ТОО «FAM.ALLIANCE»:

П.247 Параграф 5. Основания отклонения тендерной заявки

2) представления гарантийного обеспечения тендерной заявки, не соответствующего требованиям настоящих Правил и (или) условиям объявления – не достаточно внесенная сумма по условиям объявления по лотам №1, 2.

26) непредставления либо представления неподписанного и не скрепленного печатью потенциального поставщика первичного ценового предложения – отсутствует подпись первого руководителя по лотам №1, 2.

Заявка на участие в тендере по закупку медицинских изделий, а также все письма не заверены подписью первого руководителя.

10. Цена каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией указаны в Приложении 1 к настоящему протоколу.

11. Лоты № 1, 2, 3 признать состоявшимися в соответствии с п.85 Правил - Победитель тендера определяется на основе наименьшей цены.

12. Организатору закупа, в течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, письменно уведомить всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера, путем направления уведомления и копии протокола итогов потенциальным поставщикам, с размещением протокола об итогах тендера на веб-сайте Заказчика.

За данное решение единогласно проголосовали:

«ЗА» – 5 (пять) голосов: Калимкулов А.М., Мамаева Р.Т., Бакижанова Д.Д.,
Жантурин Н.Б., Горчикова Л.И.

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

1) Председатель тендерной комиссии _____  Калимкулов А.М.

2) Заместитель председателя тендерной комиссии _____ Мамаева Р.Т.

3) Члены тендерной комиссии _____  Бакижанова Д.Д.

_____  Жантурин Н.Б.

_____ Горчикова Л.И.

4) Секретарь комиссии _____  Салыкова Г.К.

Приложение 1
к протоколу итогов
№ _____ от 13.02.2020г.

№ лота	Наименование	ТОО «FAM.ALLIANCE»	ТОО «СпецДеталь Астана»	ТОО «Dives Group»
4	Бинт гипсовый размер 10*300см	-	210	200
5	Бинт гипсовый размер 15*300см	289,50	290	280
6	Бинт гипсовый размер 20*300см	355,00	360	350

Банд *А. М.* *М. М.* *М. М.*

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по проведению закупа медицинских изделий способом тендера
к протоколу итогов № ___ от 13.02.2020г.

Лот №1 Бинт гипсовый размер 10*300см. Осыпаемость гипсовой композиции не более 10%, время смачивания не более 5с, время высыхания не более 5 мин.

Лот №2 Бинт гипсовый размер 15*300см. Осыпаемость гипсовой композиции не более 10%, время смачивания не более 5с, время высыхания не более 5 мин.

Лот №3 Бинт гипсовый размер 20*300см. Осыпаемость гипсовой композиции не более 10%, время смачивания не более 5с, время высыхания не более 5 мин.

Эксперт Садуов Б.К.– зав.отделением ОППЭХ ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №2» акимата города Нур-Султан, пр. Р.Кошкарбаева 64, провел экспертизу документов, представленных потенциальными поставщиками и решил:

ТОО «FAM.ALLIANCE»

Лот №2 Бинт гипсовый размер 15*300см. Осыпаемость гипсовой композиции не более 10%, время смачивания не более 5с, время высыхания не более 5 мин.

Лот №3 Бинт гипсовый размер 20*300см. Осыпаемость гипсовой композиции не более 10%, время смачивания не более 5с, время высыхания не более 5 мин.

Техническая спецификация потенциального поставщика по лотам №1, 2, 3 соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации.

ТОО «СпецДеталь Астана»

Лот №1 Бинт гипсовый размер 10*300см. Осыпаемость гипсовой композиции не более 10%, время смачивания не более 5с, время высыхания не более 5 мин.

Лот №2 Бинт гипсовый размер 15*300см. Осыпаемость гипсовой композиции не более 10%, время смачивания не более 5с, время высыхания не более 5 мин.

Лот №3 Бинт гипсовый размер 20*300см. Осыпаемость гипсовой композиции не более 10%, время смачивания не более 5с, время высыхания не более 5 мин.

Техническая спецификация потенциального поставщика по лотам №1, 2, 3 соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации.

ТОО «Dives Group»

Лот №1 Бинт гипсовый размер 10*300см. Осыпаемость гипсовой композиции не более 10%, время смачивания не более 5с, время высыхания не более 5 мин.

Лот №2 Бинт гипсовый размер 15*300см. Осыпаемость гипсовой композиции не более 10%, время смачивания не более 5с, время высыхания не более 5 мин.

Лот №3 Бинт гипсовый размер 20*300см. Осыпаемость гипсовой композиции не более 10%, время смачивания не более 5с, время высыхания не более 5 мин.

Техническая спецификация потенциального поставщика по лотам №1, 2, 3 соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации.

Эксперт



Садуов Б.К.