	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3										Проткол итогов № 9 от 04.03.24	
4	№ п/п	Наименование товара	Ед. измерения	Кол-во	Характеристики поставляемого товара	Единица измерения показателя	Значения показателей	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки	Сумма, без НДС тенге		
5										ТОО "Круана" 07.02.2024 год 13:45	ТОО "Galamat Integra" 09.02.2024 год 14:05
6	1	Аккумулятор большой для двухканальной дрели SYSTEM 7	шт	1	Батарея аккумуляторная стерилизуемая для системы хирургической Stryker. Заряженный аккумулятор дол-жен удерживать не менее 90% заряда в течение 10 су-ток. Должен обеспечить 26,5 минут непрерывной ра-боты при лёгкой нагрузке (5А) 8,8 мин при средней (15 А), 4,4 мин при тяжёлой (30 А). Материал корпуса: пластик. Вольтаж: 9,9 В. Запоминающие устройства в батарее: микросхема, запоминающий количество циклов перезарядок. Крепление: защелкивающийся механизм трехгубой формы, с закрепляющей "пяткой". Размеры аккумулятора: Длина: не более 75 мм, Ширина: не более 61 мм, Высота: не более 67 мм, Масса: не более 350 г. Гарантийный срок на поставляемый товар - не менее 1 года с даты акт приема-передачи;	_	_	_	300,000	293,370	
7	2	Монитор для измерения внутричерепного давления ICP-Monitor	шт	1	Монитор не требует настроек перед работой		Наличие	Для удобства эксплуатации	4,800,000		4,800,000
8					Монитор оснащен функцией автоматической калибровки системы, которая осуществляется при включении и далее один раз в час		Наличие	позволяет исключить «дрейф нуля»			
9					ВЧД-монитор не имеет электрический контакт с пациентом		Наличие	Для безопасного использования с пациентом			
10					На ВЧД-монитор выводятся данные систолического, диастолического и среднего внутричерепного давления, а также индикация подключенного электрокардиана.		Наличие	Для понимания амплитуды пульсовых колебаний ВЧД			
11					Минимальное значение измерения ВЧД	мм. рт. ст.	не более 0	Для охвата всех максимально возможных значений ВЧД			
12					Максимальное значение измерения ВЧД	мм. рт. ст.	не менее 100	Для охвата всех максимально возможных значений ВЧД			
13					Погрешность измерения	мм. рт. ст.	не более 1	Для обеспечения достаточной точности измерения			
14					Рабочее питание ВЧД-монитора от стандартной сети переменного тока		Наличие	Для подключения к стандартной сети электропитания без дополнительных адаптеров			
15					Разъём для соединения ВЧД-монитора с приватным монитором пациента		Наличие	Для вывода информации на экран монитора			
16					Разъём для соединения с персональным компьютером		Наличие	Для возможности записи и анализа параметров ВЧД			
17					Звуковая и световая сигнализация при разгерметизации системы		Наличие	Для оповещения персонала			
18					Звуковая и световая сигнализация при возникновении ошибки		Наличие	Для оповещения персонала			
19					Электрический кабель питания		Наличие	Для питания аппарата			
20	Регистрационные удостоверение, сертификат соответствия товара, сертификат средства измерения (или письмо не является СИ), Гарантийный срок на поставляемый товар - 37 месяцев с даты акт приема-передачи; , инструкция по эксплуатации на руском на государственном языке, Срок поставки товара - в течение 16 календарных дней после получения заявки от заказчика. Место поставки товара: г. Астана, пр.Кошкарбаева 64, ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №2».								4,800,000		
21											
22											
23											
24											
25	**ЛОТ: 1 закупить ТОО "Круана" 07.02.2024 год 13:45**										
26	**ЛОТ: 2 закупить ТОО "Galamat Integra" 09.02.2024 год 14:05**										
27	**По договорам прошу написать на (WhatsApp) 8 700 730 75 04 или на почту: kenzhali_aset@mail.ru**										
28	**Заместитель директора по медицинской части:**				**Нугманов М.Г.**						
29	**Начальник отдела государственных закупок**				**Омурзаков К.А**						
30	**Медтехник:**				**Мектепхан А.**						
31	**Секретарь:**				**Кенжәлі Ә.Қ.**						
32											